




## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DECLARATION OF CONFORMITY

|  |  |
|--|--|
| Konformitätserklärung gemäß:<br>Declaration of conformity based on:  | Verordnung 2017/745/EU – Medizinprodukte<br>Regulation 2017/745/EU of the European Parliament and of the council   |
| Herstellername:<br>Manufacturer name:  | Hellmut Ruck GmbH<br>Daimlerstraße 23<br>D - 75305 Neuenbürg   |
| Single Registration Number (SRN):  | DE-MF-000006306  |
| Basis UDI-DI:  | 42506271PODOLOG_NOVA3Q   |
| Produkt- oder Handelsname:<br>Product or trade name:   | Ersatzfilter für PODOLOG NOVA<br>Replacement filter for PODOLOG NOVA 3   |
| Artikelnummer(n):<br>Item number(s):   | 1100103  |
| Zweckbestimmung:<br>Intended use:  | Der Filterbeutel des PODOLOG NOVA 3s ist dafür bestimmt, anfallenden Schleifstaub mittels einer über einen EC-Motor betriebenen Saugturbine einzusaugen und die Verbreitung pathogener Keime beim Schleifprozess zu minimieren.<br>The filter bag of the PODOLOG NOVA 3s is designed to suck in accumulating sanding dust by means of a suction turbine driven by an EC motor and to minimise the spread of pathogenic germs during the sanding process. |
| Risikoklasse:<br>Risk class:   | Klasse I gemäß MP Klassifizierung Regel 1 / Class I according to MD classification rule 1  |
| Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren:<br>Applied conformity assessment procedure:   | Konformitätserklärung und Technische Dokumentation gemäß Anhang II und III   |
| Benannte Stelle / Notified body:<br>nicht zutreffend / not applicable  | Zertifikatsnummer und Gültigkeit: nicht zutreffend<br>Certificate number and validity: not applicable  |
| Hiermit versichern wir in alleiniger Verantwortung, dass die von dieser Erklärung erfassten Produkte der Verordnung 2017/745/EU – MDR entsprechen.<br>We hereby assure, under our sole responsibility, that the products covered by this declaration comply with Regulation 2017/745 / EU – MDR. |  |
| Diese Erklärung ist gültig bis:<br>This declaration is valid until:  | 26.05.2024   |
| Ort, Datum<br>Place, date  | Neuenbürg, 15.11.2023  |
| Unterschrift<br>Signature  | Simeon Ruck (Geschäftsführer)    |

| Dokumentennummer / Bezeichnung / Revision                                       | freigegeben/QM/Datum/Signum | freigegeben/GF/Datum/Signum | Seite/Seite(n) |   |   |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------|---|---|
| Konformitätserklärung TD-43 2024-05-26_Ersatzfilter für PODOLOG NOVA_DE-EN.docx | 2023-08-29 EFr              | 2023-08-29 SRu              | 1              | / | 1 |